

Assunto: **Re: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 014/2023**
De: Compras Saúde Campos do Jordão
<comprassaudecj@gmail.com>
Para: <licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br>
Data: 04/05/2023 12:05



Boa tarde!

Itens 1 ao 3 . Serão aceitos frasco de plástico transparente sistema fechado, para Utilização em pacientes/Hospital.
Item 4 - Tendo em vista que o mesmo é para uso externo fora da unidade hospital, será aceito sistema aberto.

Em qui., 4 de mai. de 2023 às 11:55, <licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br> escreveu:

Prezados,
aguardamos a resposta até sexta-feira dia 05/05/2023.

Att,

Prefeitura Municipal de Campos do Jordão

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Compras & Licitações

Tel: (12) 3662-3685 ou (12) 3662-3030

CNPJ: 45.699.626/0001-76

----- Mensagem original -----

Assunto:SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO PE 014/2023

Data:24/04/2023 11:32

De:licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br

Para:compras.saude@camposdojordao.sp.gov.br

Prezados,

segue solicitação de esclarecimento feita pela empresa Alfalagos:

Caro departamento e equipe responsável, Encaminho este esclarecimento, para que possa por favor, esclarecer uma dúvida encontrada referente aos itens do PREGÃO ELETRÔNICO 14/2023. Itens 1 AO 3 - SOLUÇÕES DE SISTEMA FECHADO. Realmente será necessária a apresentação BOLSA, visto que, o produto está em falta no mercado. Dessa forma, gostaria de confirmar se será aceito frasco de plástico transparente sistema fechado? Item 4 - Soro Fisiológico 0,9% para Irrigação 100 ml. Será mesmo uma apresentação em BOLSA? Visto que, o entendimento do descritivo se refere ao uso externo, sistema aberto. Desde já agradeço e aguardo um gentil retorno.

Atenciosamente,

Prefeitura Municipal de Campos do Jordão

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Compras & Licitações

Tel: (12) 3662-3685 ou (12) 3662-3030



Ricardo Almeida / Wanessa Nunes

Secretaria Municipal de Saúde

Setor de Compras

Prefeitura Municipal de Campos do Jordão – SP

Email: comprassaudecj@gmail.com

Tel: (12) 3800-0170 - 3664-2884