



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Folha de Informações e Despacho

Processo n.º 22257/2026-41

Folha n.º \_\_\_\_\_

Rubrica \_\_\_\_\_

Licitação/Administração

**Assunto: Impugnação ao Termo de Referência – Eletrocardiógrafo**

Em atenção à impugnação apresentada pela empresa Kvo Medical Suprimentos Hospitalares, referente ao equipamento do Pregão Eletrônico n.º 047/2026 Processo Administrativo no 3509700.406.00022257/2026-41, item 06 - Eletrocardiógrafo, esclarece-se que as características descritas não configuram direcionamento da aquisição para marca, fabricante ou modelo específico, mas correspondem aos requisitos técnicos e funcionais necessários para o atendimento da finalidade assistencial do equipamento.

A descrição estabelece características relacionadas à realização de exames de eletrocardiograma (ECG), tais como aquisição simultânea de 12 derivações, coleta de sinais em até 12 canais, exibição em diferentes configurações de derivações, impressão dos traçados em papel térmico, modos de impressão manual e automático, autoanálise de parâmetros eletrocardiográficos, armazenamento de exames, funcionamento com bateria recarregável, ajuste automático da linha de base e possibilidade de exportação dos exames para computador.

Tais características são funcionalidades inerentes e compatíveis com a finalidade de um eletrocardiógrafo, sendo necessárias para garantir a adequada realização, visualização, impressão, armazenamento e disponibilização dos exames de ECG realizados nos pacientes atendidos pelo Complexo Municipal de Saúde.

Ressalta-se que a especificação não faz referência a marca, fabricante, linha comercial, modelo, código de produto ou tecnologia exclusiva de determinado fornecedor. Os requisitos foram estabelecidos com base nas funcionalidades e no desempenho esperados do equipamento, permitindo que diferentes fabricantes e modelos que atendam às condições técnicas possam participar do processo de aquisição.

A indicação de características como tela de alta resolução, memória para armazenamento de exames, bateria de lítio recarregável, impressora térmica, exportação em PDF via USB e registro junto à Anvisa tem como objetivo assegurar funcionalidade, praticidade, mobilidade, segurança e rastreabilidade dos exames, e não restringir a competitividade do certame.

Dessa forma, a descrição apresentada não caracteriza direcionamento para determinado fabricante ou modelo de eletrocardiógrafo, uma vez que os requisitos estão relacionados exclusivamente às necessidades técnicas e assistenciais do serviço de saúde e podem ser atendidos por equipamentos de diferentes marcas e fabricantes disponíveis no mercado.

Assim, a especificação poderá ser mantida, por representar de forma objetiva as **características mínimas necessárias** ao equipamento pretendido, podendo ser qualquer equipamento de eletrocardiógrafo, igual ou superior o descritivo, sem prejuízo da competitividade e da participação de fornecedores que disponham de produtos tecnicamente compatíveis com os requisitos estabelecidos.

*Atenciosamente*

15 de setembro de 2026

**Dr. André Luiz dos Santos**  
**Secretário Municipal de Saúde – Adjunto**