

Assunto: **Re: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 48-2025 - MUNICIPIO DE CAMPOS DO JORDAO**

De: <licitacoes@camposdojordao.sp.gov.br>

Para: Leticia Alves Machado <leticia.machado@imagem.med.br>

Data: 11/12/2025 16:02



WEBMAIL

- PE N° 048-2025 - resposta ao Esclarecimento Imagem Helthcare.pdf (~430 KB)

Prezados,

Segue anexo resposta da Secretaria de Saúde a Solicitação de Esclarecimento ao Pregão Eletrônico N° 048/2025

Prefeitura Municipal de Campos do Jordão

Secretaria Municipal de Administração

Departamento de Compras & Licitações

Tel: (12) 3662-3685 ou (12) 3662-3030

CNPJ: 45.699.626/0001-76

Em 05/12/2025 16:00, Leticia Alves Machado escreveu:

Estimada Comissão, boa tarde

Interessados em participar no pleito em referência, viemos respeitosamente apresentar nosso pedido de esclarecimento, nos termos do documento anexo.

Sem mais para o momento, colocando-me à disposição, renovo votos de estima e elevada consideração.

Antecipadamente grata!

Att,



Letícia Machado
Licitação
✉ leticia.machado@imagem.med.br
🕒 +55 (11) 4133-0053 | Ramal 61



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE CAMPOS DO JORDÃO

Folha de Informações e Despacho

Processo n.º _____
Folha n.º _____
Rubrica _____

Ilustríssimo Senhor
Jorge Ricardo Lelis Junior
Secretário de Administração
Nesta

Prezado Senhor:

Em atenção a solicitação apresentada pela empresa Imagem Healthcare Solutions Ltda. referente ao Item 08 – Monitor Multiparamétrico, a Administração manifesta-se nos seguintes termos:

1. Manutenção da exigência de monitorização ST, QT e QTc

A sugestão de restringir o requisito apenas à monitorização de ST não é acolhida. A monitorização contínua de QT/QTc é amplamente utilizada na prática clínica para prevenção de arritmias graves em pacientes expostos a fármacos que prolongam o intervalo QT, comuns no contexto cirúrgico e crítico.

Trata-se de funcionalidade amplamente disponível em diversos monitores multiparamétricos modernos e não caracterizada como restritiva.

2. Autonomia de bateria –

Será aceito bateria de 4h

3. Número de curvas simultâneas –

Será aceito 12 curvas simultâneas

4. Manutenção do Intervalo de automedicação de PNI – manutenção de 1–480 min

A faixa de 1 a 480 minutos atende tanto situações de instabilidade, que demandam medições frequentes, quanto cenários de estabilidade clínica, nos quais se deseja reduzir desconforto do paciente.

Monitores modernos oferecem faixas estendidas de automedicação, sendo este requisito plenamente factível.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

Dr. Armênio Soares Pereira Filho
Secretário Municipal de Saúde

09 de dezembro de 2025

Maíra C. C. Pereira
212379
COREN-SP