



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Relatório de Esclarecimento

Número: 031

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FORMULA NUTRICIONAL E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM ORDEM JUDICIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO - SP, conforme especificações, quantidades estimadas e exigências estabelecidas no Termo de Referência deste Edital.

Solicitante: null

E-mail: null

CNPJ/CPF: null

Data: 07/07/2026

Esclarecimento:

Prezados (as),

A Abbott Laboratórios do Brasil Ltda. ("Abbott"), comprometida com a inovação e o aprimoramento contínuo das tecnologias voltadas ao cuidado de pessoas com diabetes, informa uma importante atualização em seu portfólio de soluções.

Em julho de 2024, foi lançado no Brasil o sistema FreeStyle Libre 2 Plus, uma evolução da primeira geração (FreeStyle Libre 1). O novo sistema oferece monitoramento contínuo da glicose, ampliando a segurança, autonomia e qualidade de vida dos pacientes, além de contribuir para uma gestão clínica mais eficiente.

Dessa forma, comunicamos que o sistema FreeStyle Libre 1 foi descontinuado, a partir de 29 de maio de 2026.

Diante desse cenário, gostaríamos de verificar se será aceito a substituição do modelo do produto atual freestyle Libre 1 pelo novo modelo - FreeStyle Libre 2 Plus – já disponível para comercialização, que preserva todos os atributos técnicos do FreeStyle Libre de 1ª geração, exigidos no edital da licitação, além de incorporar avanços tecnológicos que proporcionam maior eficiência, durabilidade e desempenho.

Alguns atributos técnicos que podemos destacar presentes na tecnologia FreeStyle Libre 2 Plus são: i) apresenta tempo de uso superior (1 dia a mais), com vida útil de até 15 dias; ii) possui aprovação para uso em crianças a partir de 2 anos de idade; iii) não exige calibração; iv) realiza leituras via Bluetooth que são enviadas automaticamente para o aplicativo em até 6m de distância; v) apresenta alarmes opcionais de hipoglicemia, hiperglicemia e perda de sinal; além de outros avanços que poderão ser verificados no material enviado.

Ressaltamos que:

- O FreeStyle Libre 2 Plus atende integralmente às especificações técnicas originalmente exigidas no certame;
- As melhorias incorporadas não acarretam incompatibilidades com o uso previsto pela Administração;

Anexamos os seguintes documentos para apreciação:

- Material técnico;
- Material demonstrando as diferenças do Sensor FreeStyle Libre 1 e 2 Plus;
- Descrição Técnica do novo produto;
- Registro Anvisa do Produtos

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e, se necessário, para agendamento de nova apresentação técnica do FreeStyle Libre 2 Plus.

2. VALIDADE DO PRODUTO:

O produto SISTEMA FLASH DE MONITORAMENTO DE GLICOSE (SENSOR FREESTYLE) é fabricado com o total de 18 (dezoito) meses de validade. Porém, de forma eventual, pelo fato do produto ter procedência importada, quando chega no Brasil para comercialização, conta com validade inferior de 12 (doze) meses.

Informamos que devido ser um item de procedência importada não enviamos carta de comprometimento de troca, apenas trabalhamos com envios parciais calculado a validade para evitar a perda do produto.

Assim, solicitamos autorização para proceder com a entrega para o item 66 com validade de no mínimo 12 (doze) meses, o

que não prejudicará em nada a qualidade ou eficiência do produto

Atenciosamente,

Felipe Ramos
Analista de Licitações
RG n.º 462586996

Resposta:

Segue esclarecimento prestado pela Secretaria Municipal de Saúde:

"Conforme orientação da Farmacêutica Shirleine, fica autorizado a troca do mesmo, pois suas especificações atendem o edital."